



Opinia Rady Przejrzystości
nr 181/2025 z dnia 29 września 2025 roku
w sprawie zasadności objęcia refundacją wyrobu medycznego
termometr mówiący w języku polskim

Rada Przejrzystości uznaje za niezasadne objęcie refundacją w ramach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wyrobu medycznego termometry mówiące w języku polskim.

Uzasadnienie

Przedmiotem niniejszego opracowania analitycznego jest analiza zasadności objęcia refundacją w ramach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2024 r. poz. 500, z późn. zm.) termometrów mówiących w języku polskim dla osób niewidomych lub ociemniałych.

Osoba niewidoma to osoba całkowicie lub znacznie pozbawiona wzroku, z ostrością widzenia poniżej 0,05 lub polem widzenia do 20 stopni, natomiast osoba ociemniała to osoba niewidoma, która utraciła wzrok po ukończeniu 5. roku życia. Uszkodzenia narządu wzroku może nastąpić wskutek działania rozmaitych czynników natury endogennej lub egzogennej, co skutkuje częściowym bądź całkowitym zaburzeniem czynności wzrokowych. Należą do nich czynniki genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia perinatalne, wcześniactwo, choroby zakaźne przebiegające z wysoką gorączką, nowotwory, cukrzyca, awitaminozę oraz urazy narządu wzroku. W Polsce jest ok. 1 mln 750 tys. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Wg danych GUS w 2014 r. 2 796 700 osób miało uszkodzenia i choroby narządu wzroku, z czego 42 000 osób zadeklarowało się jako osoby niewidome.

Termometry z funkcją głosowego odczytu wyniku pomiaru są przydatne dla osób niewidomych i słabowidzących, umożliwiając im samodzielne monitorowanie temperatury ciała. Dzięki komunikatom głosowym w języku polskim użytkownik otrzymuje jasną informację o zakończeniu pomiaru i jego wyniku. Funkcja mówienia wyników pomiaru w termometrach dla niewidomych wykorzystuje technologię syntezy mowy. Po dokonaniu pomiaru, urządzenie odczytuje

wynik na głos, co pozwala użytkownikowi na szybkie i łatwe zrozumienie temperatury.

Nie odnaleziono żadnych rekomendacji dotyczących stosowania termometrów mówiących przez osoby niewidome i ociemniałe. Zidentyfikowano jedno wytyczne amerykańskie (AAO 2025), dotyczące technologii wspomagających dla pacjentów z dysfunkcją narządu wzroku, które zalecają zapewnienie pacjentom dostępu do specjalistycznej oceny wzroku, rehabilitacji oraz technologii wspomagających. Urządzenia i rozwiązania powinny być dobierane indywidualnie, zgodnie z potrzebami pacjenta, aby wspierać jego funkcjonowanie w codziennym życiu.

Refundacja termometrów mówiących w języku polskim dla osób niewidomych i ociemniałych została oceniona przez ekspertów jako rozwiązanie zasadne i potrzebne. Urządzenia te znacząco wspierają samodzielność pacjentów, umożliwiając im codzienne monitorowanie stanu zdrowia bez konieczności pomocy osób trzecich. W opinii ekspertów, takie wsparcie technologiczne może realnie poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnością wzroku.

Koszty refundacji termometrów mówiących w języku polskim z perspektywy płatnika publicznego wyniosą w wariantcie najbardziej prawdopodobnym: 2,6 mln zł w I roku i 2,0 mln zł w II roku analizy.

Główne argumenty decyzji:

- Brak oficjalnych rekomendacji odnoszących się do stosowania termometrów mówiących dla osób niewidomych i ociemniałych.
- Istotny wpływ na budżet publiczny.

Tryb wydania opinii

Opinię wydano na podstawie art. 31s ust. 6 pkt 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146), z uwzględnieniem opracowania nr: „Termometry mówiące w języku polskim”; data ukończenia: 25.09.2025 r.